


自动打印报告 1

数据集: 2016-1124-06 JGS1 短波通 270.spc - Dataset 114309



[测定属性]

波长范围(nm): 220.00 到 400.00
扫描速度: 低速
采样间隔: 0.20
自动采样间隔: 启用
扫描模式: 单个

[仪器属性]

仪器类型: UV-1800 系列
测定方式: 透射率
狭缝宽: 1.0 nm
光源转换波长: 340.0 nm
S/R 转换: 标准

[附件属性]

附件: 无

[数据处理参数]

阈值: 0.0010000
点: 4
内插: 停用
平均: 停用

[样品准备属性]

重量:
体积:
稀释:

.....